

单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	成都市血液中心
项目名称	成都市血液中心辐照仪退役服务采购项目
预算金额	40 万元
项目背景	成都市血液中心拟将单位现址 1 台购于 2005 年的德国 gamma-service medical GmbH 公司（简称 GSM 公司）的血液辐照仪进行退役处理。 一、项目服务需求 1、需根据国家相关要求，办理此枚放射源 Cs-137 出口的出口审批表。 2、按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第 18 号）相关要求“第二十九条使用 I 类、II 类、III 类放射源的单位应当在放射源闲置或者废弃后三个月内，按照废旧放射源返回协议规定，将废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方。确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交具备相应资质的放射性废物集中贮存单位（以下简称“废旧放射源收贮单位”）贮存，并承担相关费用。” 3、需提供符合国家《放射性物品运输安全管理条例》、《放射性物品运输安全许可管理办法》中规定的 B(u) 型运输容器；并负责放射源的倒装，运输容器表面剂量检测等。 4、需采用有资质的运输单位（可运输第 7 类危险品）进行放射源运输。 5、需在出口活动中提供此枚 Cs-137 的放射源特殊形式证书（SPECIAL FORM），其需满足《放射性物品运输安全许可管理办法》中的相关要求。 6、需是专门从事放射性物品销售及进出口服务的公司，具有完善的辐射事故应急措施及处理能力，要求具有三年以上的放射源出口服务经验。 7、需在回收合同签订后的 6 个月之内，完成此套血液辐照仪（含放射源）回收出口服务；并提供废旧血液辐照仪及配套放射源的出口报关单复印件等证明文件。 二、拟选择供应商情况 经市场调研，拟选择供应商需具有血液辐照仪生产方德国 gamma-service medical GmbH 公司（简称 GSM 公司）的国内代理唯一授权，及与德国 gamma-service medical GmbH 公司（简称 GSM 公司）签订的回收协议，同时，拟选择供应商还能满足采购人的服务需求。综上，经市场调研，中国同辐股份有限公司是唯一一家能满足上述要求的供应商。 拟定供应商名称：中国同辐股份有限公司 供应商地址：北京市海淀区厂洼中街 66 号 1 号楼四层南部 418 室

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：徐先顺	
	职称：主任技师	
	工作单位：四川省疾控中心	
项目信息	项目名称：成都市血液中心辐照仪退役服务采购项目	
	供应商名称：中国同辐股份有限公司	
专业人员论证意见	项目为市血液中心购于德国 gamma-service medical GmbH 公司血液辐照仪放射源 Cs-137 退役服务采购，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第 18 号）相关要求“第二十九条使用 I 类、II 类、III 类放射源的单位应当在放射源闲置或者废弃后三个月内，按照废旧放射源返回协议规定，将废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方。确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交具备相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存，并承担相关费用。同时需具备放射源出口、运输等相关专门规定。 该厂家的市场国内唯一代理为中国同辐股份有限公司，并具有国家规定的放射源出口运输等要求，为唯一满足要求的服务供应商，符合采购法规定只能从唯一供应商中获得服务和产品。建议依法进行单一来源采购。 单一来源供应商名单：中国同辐股份有限公司	
专业人员签字	徐先顺	日期 2021 年 7 月 20 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：谢碧俊	
	职称：主任技师	
	工作单位：四川省疾控中心	
项目信息	项目名称：成都市血液中心辐照仪退役服务采购项目	
	供应商名称：中国同辐股份有限公司	
专业人员论证意见	该项目为成都市血液中心采购于德国 gamma-service medical GmbH 公司血液辐照仪放射源 Cs-137 退役服务处理服务采购。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第 18 号）第二十九条使用 I 类、II 类、III 类放射源的单位应当在放射源闲置或者废弃后三个月内，按照废旧放射源返回协议规定，将废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方。确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交具备相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存，并承担相关费用。同时需具备放射源出口、运输以及完善的辐射事故应急措施及处理能力等相关专门规定。 厂家在国内唯一授权的供应商为中国同辐股份有限公司，是唯一一家能满足采购需求的供应商。符合政府采购法第三十一条等相关规定，建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	谢碧俊	日期 2021 年 7 月 29 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：姚晓清	
	职称：高级工程师	
	工作单位：退休	
项目信息	项目名称：成都市血液中心辐照仪退役服务采购项目	
	供应商名称：中国同辐股份有限公司	
专业人员论证意见	该项目为成都市血液中心购于德国 gamma-service medical GmbH 公司的血液辐照放射源 Cs-137 退役服务采购项目。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第 18 号）相关要求，第二十九条使用 I 类、II 类、III 类放射源的单位应当在放射源闲置或者废弃后三个月内，按照废旧放射源返回协议规定，将废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方。确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交具备相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存，并承担相关费用，同时需具备放射源出口运输以及完善的辐射事故应急事故处理措施及处理能力，等相关规定。 该厂家在国内唯一授权的供应商是中国同辐股份有限公司能满足上述要求的供应商是中国同辐股份有限公司，符合政府采购法相关规定，建议采用单一来源采购。	
专业人员签字		日期 2021 年 7 月 20 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源论证专家签到表

项目名称： 成都市血液中心辐照仪退役服务采购项目					项目编号： SCZCR-QY-20210718	
序号	姓名	工作单位	职称/职务	专家证号/身份证号	签到时间	联系电话
1	徐世平	四川省疾病预防控制中心	主任医师	SC0100270 / 5101021960082184038		13981860318
2	谭望位	四川省疾病预防控制中心	主任医师	SC0100266 / 510103196006274566		13881913843
3	唐碧	成都	副主任医师	SC0100187 / 5101031971098482		15882315008
4	姚晓倩	退休	高工	46011404 / 510223195008254582		18981816258
5						

本人声明：

一、本人熟悉该类论证项目，与采购代理机构、采购单位、相关供应商没有利害关系；

二、本人具有中级以上专业技术职称或四川省政府采购评审专家资格，或属于具有特殊行业突出专业特长，熟悉产品情况和商品销售行情的专业人员；

三、本人愿意以独立身份参加政府采购项目论证工作，并接受财政部门、监察部门的监督管理；

四、本人承诺认真、公正、诚实、廉洁地履行论证职责，如出具论证意见，承担不实论证意见的相关法律责任；

五、本人没有违纪违法等不良记录。

注：专家相关证照复印件附后。

四川省政府采购评审专家

资 格 证 书

经审定，您符合财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》规定的评审专家条件，特聘请您为评审专家，聘期两年。

四川省财政厅
2012年12月01日



证书编号: SC0100266

姓名: 谢碧俊

性别:

职称: 副主任技师

身份证件号码: 510103196006274566

检 验 复 审 情 况

年 度	检验复审合格 2015.6.13
年 度	检验复审合格 2016.12
年 度	检验复审合格 2018.12
年 度	检验复审合格 2019.12

检 验 复 审 情 况

年 度	
年 度	
年 度	
年 度	

四川省政府采购评审专家

资 格 证 书

经审定，您符合财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》规定的评审专家条件，特聘请您为评审专家，聘期两年。

四川省财政厅
2012年12月01日



206

证书编号: SC0100270

姓名: 徐先顺

性别: 男

职称: 主任技师

身份证件号码: 51010219650831843E

检 验 复 审 情 况

年 度	检验复审合格 2015.10.13
年 度	检验复审合格 2016.12
年 度	检验复审合格 2018.12
年 度	检验复审合格 2019.12

检 验 复 审 情 况

年 度	
年 度	
年 度	
年 度	

四川省政府采购评审专家

资格证书

经审定，您符合担任四川省政府
采购评审专家条件，特聘请您为评审
专家，聘期两年。

四川省财政厅

2018年05月02日

2008
证书编号: SC0114049

姓名: 姚晓清

性别: 女

职称: 高级工程师

身份证件号码: 511023197508054382



检验复审情况

年度	检验复审合格
年度	
年度	
年度	

检验复审情况

年度	
年度	
年度	
年度	